

Anschlusskopf Form A


keramische Lüsterklemme
Thermopaar 2

keramische Lüsterklemme
Thermopaar 1

Zugang zu
leeres Prüfrohr

Montageplatte
Al

Kabelverschraubung
M20x1,5



Halterrohr $\phi 15$
Edelstahl (W1.4305)

150

Nennlänge NL


$\phi 22$

$\phi 12$
min. Durchführung

SCHNITT A-A

MABSTAB 2 : 1

Kapillarrohr
99.7% Al₂O₃



Leeres Schutzrohr
für Insitu Prüfmessungen

Die Vervielfältigung, Übertragung oder Gebrauch dieses Dokumentes ist ohne explizite schriftliche Genehmigung nicht autorisiert. Zuwiderhandelnde sind haftbar für verursachte Schäden, alle Rechte, einschließlich erteilter Patente, eingetragene Markenzeichen oder Gebrauchsmuster, sind vorbehalten.

The reproduction, transmitting or use of this document is not permitted without the express written authority. Offenders are liable for damages. All rights created by patent grant, registered trademarks or a utility model or design, are reserved.

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
LINEAR:
WINKEL:

OBERFLÄCHENGÜTE:

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

ÄNDERUNG

thermo-control
Körtvélyessy GmbH

www.thermo-control.com
Tel: +49(0)3040586940

NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:
GEZEICHNET			
GEPRÜFT			
GENEHMIGT			
PRODUKTION			
QUALITÄT			
			GEWICHT:

BENENNUNG:

Schutzgas-Thermoelement

ZEICHNUNGSNR.

13-0103-SR22

A4

MASSSTAB:1:2

BLATT 1 VON 1